



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

João Pessoa/PB, 13 de novembro de 2018

À Comissão Permanente de Licitação/PRA

Assunto: Análise das propostas para os itens do Pregão Eletrônico SRP 23/2018

Prezado Pregoeiro, em atenção à solicitação para análise das marcas/modelos ofertadas nas propostas do Pregão Eletrônico SRP nº. 23/2018, apresentamos abaixo o seguinte parecer:

ITEM	EMPRESA	MARCA/MODELO	MOTIVO DA ACEITAÇÃO OU RECUSA (JUSTIFICAR)
30	CSX COMERCIAL EIRELI	Marca: Neovet Fabricante: Neovet Modelo / Versão: Cryogen HSE portátil	Recusado. O equipamento em questão não apresenta a caixa de refrigeração separada da congelação, o que condiciona à necessidade de nitrogênio durante toda a curva de refrigeração e congelação, elevando os custos da experimentação, o que fere o princípio da economicidade.
31	CSX COMERCIAL EIRELI	Marca: Neovet Fabricante: Neovet Modelo / Versão: Cryogen HSE portátil	Recusado. O equipamento em questão não apresenta a caixa de refrigeração separada da congelação, o que condiciona à necessidade de nitrogênio durante toda a curva de refrigeração e congelação, elevando os custos da experimentação, o que fere o princípio da economicidade.

Na oportunidade, reitero a V.Sa. votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

**Paulino Joaquim da S. Neto**  
Matrícula 1475568

**Profª Sildivane Valcácia Silva**  
Matrícula 1652922